

锅检激光甲烷遥测仪设备采购项目仪器设备公开见面会收集意见和建议汇总表---专家评审会后意见

设备名称	原技术参数	公开见面会意见	需求部门初步意见	专家评审会意见
激光甲烷遥测仪	1.4 ▲检测距离：≥100m	检测距离：≥200m	不采纳。遥测仪的使用场景是检验人员无法到达的楼宇以及高层架空管道。楼宇高度普遍在100米以下，故检测距离100米即可达到使用需求。	不采纳。
	1.14 防爆等级：不低于Exib IIC T4	防爆等级：不低于Exib IIC T6	不采纳。天然气的着火温度为270—540℃（混合气着火温度会降低，它和空气与燃料的混合浓度和混合气体的压力有关）。T4设备表面允许最高温度是135℃，T6设备表面允许最高温度是85℃，T6的使用范围小，局限性大。	不采纳。
	1.15 防护等级：不低于IP65	防护等级：不低于IP66	不采纳。完全防尘。防止喷射的水进入，5级防水即可达到使用要求IP65，无须达到大浪的侵入级别IP66。	不采纳。
	1.18 产品重量：≤0.5kg	产品重量：≤0.6kg	不采纳。由于检验人员需要手持仪器设备进行现场检验，仪器不宜过重造成检验人员额外负担。	不采纳。
	1.19 续航时间：≥8h	续航时间：≥10h	不采纳。按照法定工作时间，一天8小时足以满足检验需求	不采纳。